

入札公告

令和6年12月26日
社会福祉法人浴風会
浴風会病院
会計責任者平田 敏昭

1. 調達内容

(1)品目分類番号 22

(2)件名及び数量

携帯耳鼻咽喉ファイバースコープの買入れ 1式

(3)調達件名の仕様等

別紙仕様書による

(4)納入場所

社会福祉法人浴風会 浴風会病院 6階事務局

(5)入札方法

落札決定は、最低落札方式の方法をもって行う。

入札金額については(2)件名の履行に要する一切の費用を含めた額とすること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金
額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とす
る。

2. 競争方法

一般競争入札方式(詳細は入札説明書のとおり)

3. 競争参加に必要な資格

入札説明書のとおり

4. 入札説明書及び入札書等を交付する場所・期間

説明書配布場所:社会福祉法人浴風会 浴風会病院 事務局企画・経理課

説明書配布期間:令和6年12月27日(金)～令和7年1月17日(金)9時～17時

5. 開札の場所及び日時

場所:社会福祉法人浴風会 浴風会病院 6階 大研修室

日時: 令和7年1月21日(火) 10時00分

6. その他必要な事項

入札説明書のとおり

本件における照会先:社会福祉法人浴風会 浴風会病院

事務局企画・経理課 担当 森屋 和彦(直通:03-5370-5039)

照会期間は公告翌日から入札書提出までの間(平日の9時～17時)とする。

仕 様 書

1 品名及び数量

携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ	1台
LED 携帯光源	1台
スコープキューブ	1台
モニター用端末	1台

2 物品の仕様等

2-1 携帯耳鼻咽喉ファイバースコープは、以下の要件を満たすこと。

2-1-1 先端部径 3.2mm 以下であること。

2-1-2 視野角については 80 度を有していること。

2-1-3 鼻腔から咽喉まで広範囲に挿入・観察が可能な有効長 300mm を有すること。
また先端湾曲角は上方 130 度以上、下方 100 度以上であり、咽頭、下咽頭の観察が容易であること。

2-1-4 ガス滅菌の他に、防水機能のため手軽に洗浄でき、必要に応じて薬液浸漬が可能であること。

2-2 LED 携帯光源は、以下の要件を満たすこと。

2-2-1 上記の携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ用の製品であること。

2-2-2 光量の調整及び切替えが容易にできること。

2-2-3 最大光量における連続点灯時間が約 2 時間は見込めること。

2-3 スコープキューブは、以下の要件を満たすこと。

2-3-1 上記の携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ用の製品であること。

2-4 モニター用端末は、以下の要件を満たすこと。

2-4-1 上記の携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ及びスコープキューブへ接続し、デジタル信号に変換された映像が鮮明に観察できること。

2-4-2 容易に持ち運びできるようタブレット型であること。

3 その他の必要条件

3-1 障害支援体制

3-1-1 納入物品に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

3-1-2 障害時対応として、修理部品が用意されていること。

3-1-3 サービスエンジニア体制が整っていること。

3-2 納入条件

3-2-1 納入期限は、令和 7 年 3 月 14 日(金)とする。

3-2-2 納入場所は、浴風会病院の事務局(6階)とする。

3-2-3 移動させるのに必要な搬入、配線、調整を行うこと。

3-3 その他

3-3-1 日本語の取扱説明書を提供すること。

3-3-2 納入物品の管理・使用者に対し、捜査に必要な取扱説明、教育訓練及び支援等を行うこと。

3-3-3 品質保証期間は、納品日から1年間とする。

3-3-4 適合参考物品

携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ

・町田製作所製 ENT-30PC

LED 携帯光源

・町田製作所製 RLED-30

スコープキューブ

・町田製作所製 SC2018

3-3-5 同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、事前に浴風会病院 企画・経理課宛てに同等品であることを証明する書類(カタログ等を含む)を提出し、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点を十分明らかにすること。

令和 年 月 日

一般競争入札参加申請書

会計責任者

社会福祉法人浴風会 浴風会病院

事務局長 平田 敏昭 殿

所在地 :

名称 :

代表者職・氏名 :

印

令和6年12月26日付で公告のありました社会福祉法人浴風会 浴風会病院における携帯耳鼻咽喉ファイバースコープの買入れの一般競争入札について、下記の書類を添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

参加する入札

携帯耳鼻咽喉ファイバースコープの買入れ

添付書類

- 1、入札参加資格を有することが証明できる書類
- 2、御担当者の名刺（電話番号又はメールアドレスが記載されているもの）