

# 入札公告

令和6年12月26日  
社会福祉法人浴風会  
浴風会病院  
会計責任者平田 敏昭

## 1. 調達内容

(1)品目分類番号 22

(2)件名及び数量

体成分分析装置の買入れ 1式

(3)調達件名の仕様等

別紙仕様書による

(4)納入場所

社会福祉法人浴風会 浴風会病院 6階事務局

(5)入札方法

落札決定は、最低落札方式の方法をもって行う。

入札金額については(2)件名の履行に要する一切の費用を含めた額とすること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

## 2. 競争方法

一般競争入札方式(詳細は入札説明書のとおり)

## 3. 競争参加に必要な資格

入札説明書のとおり

## 4. 入札説明書及び入札書等を交付する場所・期間

説明書配布場所:社会福祉法人浴風会 浴風会病院 事務局企画・経理課

説明書配布期間:令和6年12月27日(金)～令和7年1月17日(金)9時～17時

## 5. 開札の場所及び日時

場所:社会福祉法人浴風会 浴風会病院 6階 大研修室

日時:令和7年1月21日(火) 11時00分

## 6. その他必要な事項

入札説明書のとおり

本件における照会先:社会福祉法人浴風会 浴風会病院

事務局企画・経理課 担当 森屋 和彦(直通:03-5370-5039)

照会期間は公告翌日から入札書提出までの間(平日の9時～17時)とする。

# 仕 様 書

## 1 品名及び構成内訳

携帯型体成分分析装置、データ管理ソフト、移動用カート、ノートパソコン、現調及び運用操作指導 1式

## 2 構成内容と必要な仕様

### 2-1 携帯型体成分分析装置

- 2-1-1 インピーダンスは、6種類の周波数(1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz)を有し、5つ以上の部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)に測定できること。
- 2-1-2 電極方式は、8点接触型電極法と付着式電極法の両方に対応していること。
- 2-1-3 重量は3kg以下であること。
- 2-1-4 仰臥位、座位、立位のいずれでも測定できること。
- 2-1-5 測定電流は100 $\mu$ A以下であること。
- 2-1-6 測定時間は60秒以内であること。
- 2-1-7 測定項目は体水分量、細胞内水分量、細胞外水分量、細胞外水分比、筋肉量、BMI、体脂肪率、体脂肪量、除脂肪量、タンパク質量及びミネラル量、骨ミネラル量、骨格筋量、体細胞量、基礎代謝量、水和率、骨格筋指数が測定可能であること。
- 2-1-8 ディスプレイは800×480TouchCloorLCDを有していること。
- 2-1-10 体成分結果を専用記録用紙に印刷でき、専用ソフトウェアにデータを保存できること。
- 2-1-11 測定結果は100,000回の保存が可能であること。
- 2-1-12 USBメモリーへデータ保存可能であること。
- 2-1-13 外付けバッテリーによりコードレスで測定可能なこと。

## 3 その他の必要条件

### 3-1 障害支援体制

- 3-1-1 納入物品に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。
- 3-1-2 障害時対応として、修理部品が用意されていること。
- 3-1-3 サービスエンジニア体制が整っていること。

### 3-2 納入条件

- 3-2-1 納入期限は、令和7年3月14日(金)とする。
- 3-2-2 納入場所は、浴風会病院の事務局(6階)とする。
- 3-2-3 移動させるのに必要な搬入、配線、調整を行うこと。

### 3-3 その他

- 3-3-1 日本語の取扱説明書を提供すること。

- 3-3-2 納入物品の管理・使用者に対し、捜査に必要な取扱説明、教育訓練及び支援等を行うこと。
- 3-3-3 品質保証期間は、納品日から1年間とする。
- 3-3-4 適合参考物品
  - 名 称：携帯型体成分分析装置
  - ボディコンポジションアナライザーinBody S10
  - メーカー：株式会社インボディ・ジャパン
- 3-3-5 同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、事前に浴風会病院企画・経理課宛てに同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点を十分明らかにすること。

令和 年 月 日

一般競争入札参加申請書

会計責任者  
社会福祉法人浴風会 浴風会病院  
事務局長 平田 敏昭 殿

所在地：  
名称：  
代表者職・氏名：

印

令和6年12月26日付で公告のありました社会福祉法人浴風会 浴風会病院における体成分分析装置の買入れの一般競争入札について、下記の書類を添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

参加する入札

体成分分析装置の買入れ

添付書類

- 1、入札参加資格を有することが証明できる書類
- 2、御担当者の名刺（電話番号又はメールアドレスが記載されているもの）